

Zertifiziert nach:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



PRÜFPROTOKOLL

Für die wiederkehrende Prüfung von Emissionsmessgeräten
nach ÖNORM M7536:2008

Prüfstellenidentifikationsnummer: in Bearbeitung
Name des Prüfers: Berger

Tel.: +43 2622 86615-0 Fax: -15
www.mru.at - office@mru.at
www.messgeraete-shop.at
UID: ATU 20565706
Bankverbindung: Sparkasse Ternitz
BIC: SPNGAT21 / BLZ: 20241
IBAN: AT 5320 2410 0100 0783 10
Konto Nr.: 00100078310

Messgerätedaten:

Eigentümer des Messgerätes: Firma Pesta Christian
Notdienst für Gasgeräte
Mühlhaufelweg 46
1220 Wien

Hersteller des Messgerätes: MRU GmbH Type: Spectra 2000
Gerätenummer: 000206 Geräte Prüfnr.:

Prüfergebnisse:												
GAS 1 GAS 2 GAS 2b			GAS 1 GAS 2 GAS 2b			GAS 3 GAS 4						
O2 Soll in %:	4,99	16,5	16,6	CO Soll in ppm:	151	1002	8006	NO Soll in ppm:	51,3	448		
O2 Ist in %:	5,1	16,6		CO Ist in ppm:	151	995		NO Ist in ppm:	51	443		
Tol. in %:	0,3	0,3	0,3	Tol. in ppm:	20	20	100	Tol. in ppm:	5	10		
Entspricht:	ja	ja		Entspricht:	ja	ja		Entspricht:	ja	ja		
ZUG 1		ZUG 2		CO-NO Querempf. CO-Anzeige bei Beaufschlagung mit NO-Prüfgas kleiner als Nachweisgrenze		CO-CO/H2 Querempf. CO-Anzeige bei Beaufschl. mit CO/H2 Prüfgas. Abweichung gemäß CO Messb.		SICHT- KONTROLLE:		DICHTHEITS- KONTROLLE: 30 s keine messbare Undichtheit. Zulässige Abw: +/- 0,1 hPa		
Soll in hPa:	0,05		0,5	Entspricht:	ja	Entspricht:	ja	Entspricht:	ja	Entspricht:	ja	
Ist in hPa:	0,05		0,49									
Tol. in hPa:	0,02		0,02									
Entspricht:	ja		ja									
TL 1 TL 2 TG 1 TG 2				RUSSMESSUNG				ÜBERPRÜFUNGS- ERGEBNIS				
Soll in °C:	0	50	130	400	Soll in lt.:	1,63	Zeit Soll in sek.:	60	Das Messgerät entspricht den Anforderungen der ÖNORM M7536:2008			
Ist in °C:	0,3	50,5	130,6	101,2	Ist in lt.:		Zeit Ist in sek.:					
Tol. in °C:	2	1	4	4	Tol. in lt.:	0,07						
Entspricht:	ja	ja	ja	nein	Entspricht:		Entspricht:					

Umgebungsbedingungen: Temperatur in °C:22 relative Luftfeuchte in %:32 Luftdruck in hPa: 1025

Mängel: keine

Datum der Prüfung: 17.11.2011

Datum der nächsten Prüfung: 16.11.2012

Laufende Prüfnummer: M 3146

Ort der Prüfung: Samuel Morse Str. 6, 2700 Wr. Neustadt

Bemerkungen:


Unterschrift des Prüfers
Samuel Morse Str. 6
2700 Wr. Neustadt
www.mru.at
Tel: 0 26 22 / 866 15 - 0
Fax: 0 26 22 / 866 15 - 15
office@mru.at

Unterschrift des Leiters der Prüfstelle